

# 京械注准 20172400384 附页

主要组成成分:

名称	成分	浓度
试剂 1	胆固醇酯酶 (CE)	800U/L
	胆固醇氧化酶 (CO)	400U/L
	曲通 X-100	2ml/L
试剂 2	过氧化物酶 (POD)	1000U/L
校准品	人血清高密度脂蛋白	目标浓度: 1.68mmol/L
	磷酸盐缓冲液	100mmol/L
	proclin-300	0.3ml/L

注: 校准品具有批特异性, 具体值详见靶值单。

审批部门: 北京市药品监督管理局

批准日期: 2026 年 06 月 10 日

生效日期: 2022 年 04 月 07 日

有效期至: 2027 年 04 月 06 日