

京械注准 20172400085 附页

钠 (Na) 测定试剂盒 (半乳糖苷酶法)

主要组成成分:

该试剂盒由试剂 1 (R1)、试剂 2 (R2) 和校准品 (选配) 组成。

试剂1 (R1) 主要组分:

Tris缓冲液	450mmol/L
穴合剂	5.4mmol/L
β -半乳糖苷酶	≥ 0.8 KU/L

试剂2 (R2) 主要组分:

Tris缓冲液	10mmol/L
O-硝基酚- β -D-吡喃半乳糖 (OPNG)	5.5mmol/L

校准品 (CaL) 的组成:

去离子水中添加氯化钠纯品, 包含 2 个水平:

水平 1: 100-140mmol/L

水平 2: 140-180mmol/L

校准品靶值批特异, 详见瓶签。

审批部门: 北京市药品监督管理局

批准日期: 2026 年 06 月 10 日

生效日期: 2022 年 01 月 12 日

有效期至: 2027 年 01 月 11 日