

京械注准 20262400348 附页

主要组成成分

试剂盒由试剂1、试剂2、校准品和质控品及校准信息组成。

组分	装量		组成成分
	50 测试	100 测试	
试剂 1（R1）	3.0 mL× 1	5.5 mL× 1	抗白介素 6 抗体包被磁性微球、牛血清白蛋白和 ProClin300（pH7.4）。
试剂 2（R2）	3.5 mL× 1	6.0 mL× 1	吡啶酯标记的白介素 6 抗体、牛血清白蛋白和 ProClin300（pH7.4）。
校准品（C0、C1、C2）	0.8 mL× 3	0.8 mL× 3	三个浓度水平的液体校准品。白介素 6 抗原、牛血清白蛋白。靶值浓度分别为 0.00 pg/mL， 10.00 pg/mL， 2500.00 pg/mL（pH7.4）。
质控品（QC1、QC2）	0.8 mL× 2	0.8 mL× 2	两个浓度水平的液体质控品。白介素 6 抗原、牛血清白蛋白。靶值浓度分别为 10.00 pg/mL 和 250.00 pg/mL（pH7.4）。
校准信息	/	/	二维码：内含校准曲线。

注：校准品及质控品浓度具有批特异性，具体靶值和质控范围见瓶标签，或见二维码。

审批部门：北京市药品监督管理局

批准日期：2026 年 09 月 09 日
生效日期：2026 年 09 月 09 日
有效期至：2031 年 09 月 08 日