

京械注准 20162401176 附页

主要组成成分:

| | 成分和浓度 | |
|----------|---|--------------------------------------|
| 试剂 1 | 乙酸缓冲液 抗坏血酸 | 0.2mmol/L, PH4.7 0.02 mmol/L |
| 试剂 2 | 4- (3.5-二溴-吡啶偶氮) -N-乙基-N-磺基丙基苯胺 (3.5-DiBr-PAESA) | 0.10mmol/L |
| 校准品 (选配) | 单水平液体, 乙酸缓冲液 五水硫酸铜 (CuSO ₄ · 5H ₂ O) | 0.2mmol/L, PH4.7 目标浓度: 28 μ mol/L |

校准品靶值批特异, 具体浓度见瓶标签。

审批部门: 北京市药品监督管理局

批准日期: 2026 年 06 月 10 日

生效日期: 2021 年 11 月 25 日

有效期至: 2026 年 11 月 24 日