

京械注准 20212060358 附页

结构及组成:

部件名称	型号	制造商	配置 1	配置 2	配置 3
高压发生器	Jedi 80 RD 1T (型号 2374870-3)	GE	√	√	√
X 射线管组件	MX100 (管套: 46-155400G285 管芯: 2336058)	GE	√	√	√
限束器	Collimator AL01C II eL	SIEMENS	√	√	√
系统柜	GCC-C4	GE	√	√	√
X 射线管悬吊装置	5822306	GE	√	√	√
图像处理系统	工作站	HP	√	√	√
	图像处理系统软件	GE			
监视器	彩色显示器	-	√	√	√
立式摄影架	GCWS-C3 (含电离室: ICX1217B)	GE	-	√	√
	GCEWS-C3 (含电离室: ICX1219B)	GE	√	-	-
摄影床	GCTBL-C4 (含电离室: ICX1217B)	GE	-	√	√
平板探测器	5771417 35×43cm (14×17 英寸)	GE	-	-	√
	5771717 43×43cm (17×17 英寸)	GE	√	√	-
平板探测器	5771012 25×30cm (10×12 英寸)	GE	选配	选配	选配
	5771417 35×43cm (14×17 英寸)	GE	-	选配	-
移动平床	GST-2	GE	选配	选配	选配
	5136793	GE			
名称		配置 1	配置 2	配置 3	
条形码扫描器		选配	选配	选配	
横向平板探测器支架		选配	选配	选配	
可移动平板探测器支架		选配	选配	选配	
摄影床手柄和压缩带		-	选配	选配	
图像拼接患者定位器及脚凳		选配	选配	选配	
探测器充电仓		选配	选配	选配	

名称	配置 1	配置 2	配置 3
桌面电池充电器	选配	选配	选配
滤线栅存放架	选配	选配	选配
滤线栅	选配	选配	选配
卡扣式滤线栅	选配	选配	选配
探测器便携把手（附带滤线栅）	选配	选配	选配
探测器便携把手（无滤线栅）	选配	选配	选配
探测器承重罩	选配	选配	选配
摄像头组件	选配	选配	选配
不间断电源	选配	选配	选配
Helix 图像处理系统	选配	选配	选配

审批部门：北京市药品监督管理局

批准日期：2025 年 12 月 19 日

生效日期：2021 年 07 月 21 日

有效期至：2026 年 07 月 20 日